



GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE MINIMA INIBENTE MEDIANTE IL METODO DELLA MICRODILUIZIONE IN BRODO (MIC)

N. GARA: 7815340

CIG: 836333498A

CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale della fornitura indicata in oggetto per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "IZSve" o "Stazione Appaltante"), per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (di seguito "IZSLER"), per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (di seguito "IZSS") e per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (di seguito "IZSUM"), secondo i seguenti fabbisogni:

PANNELLO	PRIMO LOTTO DI PRODUZIONE					Data di Consegna
	IZSve	IZSLER	IZSUM	IZSS	Totale	
Pannello Enterobatteriaceae Gram	4.800	6.500	600	600	12.500	gen-21
Pannello Gram Positivi Anaerobi	1.800	500	//	//	2.300	ottobre / novembre 2020
Pannello Patogeni Respiratori	1.600	2.500	600	600	5.300	dic-21
Pannello Mastite	8.000	8.000	300	1.400	17.700	gennaio / marzo 2021*
Pannello Fastidious	500	//	//	//	500	da concordare con IZSve
Pannello Animali Affezione G+	3.000	//	//	//	3.000	mar-21
Pannello Animali Affezione G-	2.000	//	//	//	2.000	mar-21
Pannello Gram Positivi Non Anaerobi	1.000	3.500	450	400	5.350	gen-21

*per IZSve da consegnare eventualmente in due tranches tra gennaio e marzo

PANNELLO	SECONDO LOTTO DI PRODUZIONE					Data di Consegna
	IZSve	IZSLER	IZSUM	IZSS	Totale	
Pannello Enterobacteriaceae Gram	4.800	6.500	600	600	12.500	gen-23
Pannello Gram Positivi Anaerobi	1.800	500	//	//	2.300	ottobre / novembre 2022
Pannello Patogeni Respiratori	3.200	2.500	600	600	6.900	dic-23
Pannello Mastite	8.000	8.000	300	1.400	17.700	gennaio / marzo 2023*
Pannello Fastidious	500	//	//	//	500	da concordare con IZSve
Pannello Animali Affezione G+	3.000	//	//	//	3.000	mar-23
Pannello Animali Affezione G-	2.000	//	//	//	2.000	mar-23
Pannello Gram Positivi Non Anaerobi	1.000	3.500	450	400	5.350	gen-23

*per IZSve da consegnare eventualmente in due tranches tra gennaio e marzo

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

- 1) diluizioni seriali di molecole antibiotiche secondo i layout in allegato, dispensate in apposite piastre per l'esecuzione del test della concentrazione minima inibente; tali layout sono puramente indicativi delle necessità di approvvigionamento, e potranno essere modificati (nella distribuzione o concentrazione delle molecole antibiotiche) in corso di esecuzione del contratto;

considerato che alcune molecole antibiotiche che potrebbero essere presenti nei pannelli sono vincolate da brevetto (ad es. *valnemulina*) e che, pertanto, il loro inserimento nel pannello dipende dalla disponibilità dell'azienda farmaceutica a fornirle, l'eventuale assenza dal pannello di tali specifiche molecole non comporterà l'inidoneità tecnica e la conseguente inammissibilità dell'offerta, fermo che la stazione appaltante si riserva di valutare l'effettiva equivalenza dei principi attivi proposti dalle offerenti in luogo delle molecole brevettate;

- 2) le piastre dovranno essere corredate da certificati di qualità rilasciati da organismi indipendenti riguardanti sia la produzione che la dispensazione degli antimicrobici;
- 3) le piastre devono essere confezionate singolarmente e la temperatura di stoccaggio deve essere quella ambientale;
- 4) le piastre dovranno avere un periodo iniziale di validità dichiarato dal produttore pari ad almeno 24 mesi.
- 5) disponibilità di sistemi di lettura automatica per i seguenti Istituti:

- 5.1) IZSve: disponibilità di almeno 5 sistemi di lettura automatica delle piastre in almeno 5 differenti strutture, includendo gli eventuali aggiornamenti software o modifiche al sistema di lettura che si rendessero necessari per il periodo della fornitura;
- 5.2) IZSLER: disponibilità di almeno 6 sistemi di lettura automatica delle piastre in almeno 6 differenti strutture, includendo gli eventuali aggiornamenti software o modifiche al sistema di lettura che si rendessero necessari per il periodo della fornitura.

Ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato quale parametro per valutare l'ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del marchio/brevetto/tipo/origine/produzione.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura. Le caratteristiche tecniche minime sono le seguenti:

1) con riferimento al servizio accessorio di trasporto:

- a) consegna di ciascun lotto di produzione per ciascuna tipologia di piastra in un'unica soluzione, nel termine massimo di 10 settimane, presso il Magazzino Centrale di ciascun Istituto, nello specifico:
- Magazzino centrale dell'IZSve, sito in Viale dell'Università 10 – 35100 Legnaro (PD), orario di apertura lun-ven dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Sig. Alberto Masiero (tel.: 0498084228, email: amasiero@izsvenezie.it);
 - Magazzino centrale dell'IZSLER, sito in Via Bianchi n. 9 – 25124 Brescia, orario di apertura lun-ven dalle 08:00 alle 15:30. Referenti: Sig. Marco Ossoli, Sig. Alberto Galeazzi, Sig. Maurizio Morandi, Sig. Patrik Ruggeri (tel.: 0302290655 – 0302290312, email: magazzino@izsler.it);
 - Magazzino centrale dell'IZSS, sito in Via Gino Marinuzzi n. 3 – 90129 Palermo, orario di apertura lun-ven dalle 08:00 alle 13:00. Referente: dott.ssa Elda Marullo (tel.: 0916565351, email: serviziomagazzino@izsicilia.it);
 - Magazzino centrale dell'IZSUM, sito in Via G. Salvemini n. 1 – 06126 Perugia, orario di apertura lun-ven dalle 08:30 alle 13:30. Referenti: Sig.ra Laura Berardi e Sig. Luca Gradi (tel.: 075343218, email: magazzino@izsum.it).

2) con riferimento al servizio accessorio di imballaggio:

- a. ogni singola piastra dovrà essere confezionata in modo tale da garantire l'integrità e la perfetta conservazione della merce nel corso del trasporto, del carico e scarico e dello stoccaggio;
- b. dovranno essere presenti un numero di pellicole di chiusura (Seals) pari almeno al 40 % del numero delle piastre per confezione (ad esempio confezione da 50 piastre almeno 20 pellicole, confezione da 100 almeno 40 e così via);
- c. la confezione dovrà avere al suo interno il relativo layout riportante lo schema di dispensazione delle molecole.

ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO:

- Allegato 1- Layout Pannello Enterobacteriaceae Gram;
- Allegato 2- Layout Pannello Gram Positivi Anaerobi;
- Allegato 3- Layout Pannello Patogeni Respiratori;
- Allegato 4- Layout Pannello Mastite;

- Allegato 5- Layout Pannello Fastidious;
- Allegato 6- Layout Pannello Animali Affezione G+;
- Allegato 7- Layout Pannello Animali Affezione G-;
- Allegato 8- Layout Pannello Gram Positivi Non Anaerobi.