

SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

Agli operatori economici interessati

OGGETTO: Gara per l'appalto della fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il metodo della microdiluizione in brodo (MIC).

Numero gara 7815340

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute.

Questito: In riferimento al Capitolato tecnico, si chiede il seguente chiarimento riferito ai seguenti punti:

5) disponibilità di sistemi di lettura automatica per i seguenti Istituti:

5.1) IZSve: disponibilità di almeno 5 sistemi di lettura automatica delle piastre in almeno 5 differenti strutture, includendo gli eventuali aggiornamenti software o modifiche al sistema di lettura che si rendessero necessari per il periodo della fornitura;

5.2) IZSLER: disponibilità di almeno 6 sistemi di lettura automatica delle piastre in almeno 6 differenti strutture, includendo gli eventuali aggiornamenti software o modifiche al sistema di lettura che si rendessero necessari per il periodo della fornitura.

Per sistema di lettura automatica si intende il PC in cui è installato il software di interpretazione del dato strumentale oppure si intende lo strumento di lettura collegato ad un PC in cui è installato il software di interpretazione del dato strumentale?

***Risposta:** La necessità rilevata dagli Istituti è quella di disporre della possibilità di leggere in automatico le piastre, indipendentemente dal sistema proposto. Le Ditte possono, pertanto, proporre indifferentemente entrambe le soluzioni di cui alla richiesta di chiarimento, ovvero sistemi software di lettura installabili su pc che utilizzano strumenti di lettura aperti (quali, ad esempio, spettrofotometri già in dotazione dei laboratori), oppure, in alternativa, PC o apparecchi specifici integrati con sistemi di lettura idonei alle richieste della Stazione appaltante.*

Legnaro, 23 Luglio 2020

SCA2 – Acquisti e Logistica
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Affolati