



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico Montepaone S.r.l., offerente nell'ambito della procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l'affidamento della fornitura di incubatori per l'IZSVe (CIG Lotto 1: 8136420231).

Con Determinazione del Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica n. 280/2020 è stato disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, l'avvio della procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, volta all'affidamento della fornitura di incubatori per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "Istituto").

Tale procedura è stata suddivisa in n. 5 lotti funzionali aggiudicabili separatamente mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in data 9 Giugno 2020, alla pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per quindici giorni solari consecutivi.

Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori economici:

- Ahsi. S.p.A. (nota acquisita a ns. prot. n. 6112/2020);
- Analytical Control de Mori (nota acquisita a ns. prot. n. 6108/2020);
- BioAir (nota acquisita a ns. prot. n. 6060/2020);
- BioApp (nota acquisita a ns. prot. n. 6202/2020);
- En.Co. (nota acquisita a ns. prot. n. 6146/2020);
- Exacta+Optech (nota acquisita a ns. prot. n. 6198/2020);
- Fisher Scientific S.a.s. (nota acquisita a ns. prot. n. 6039/2020);
- KW Apparecchi Scientifici (nota acquisita a ns. prot. n. 5719/2020);
- Montepaone S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 6182/2020);

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- Thermo Fisher Scientific Milano (nota acquisita a ns. prot. n. 6184/2020).

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 3 Settembre 2020, ai citati operatori economici, lettera di invito, conservata agli atti del Servizio, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l'*e-procurement*, costituente mercato elettronico della stazione appaltante, indicata nell'avviso di indagine di mercato.

Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

1. Montepaone S.r.l., offerente per il Lotto 1;
2. Fisher Scientific S.a.s., offerente per i Lotti 2 e 5.

Si dà atto, pertanto, che non sono pervenute offerte in relazione ai Lotti 3 e 4.

Con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 335 del 30 Settembre 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice così composta:

- dott. Riccardo Muliari, Dirigente veterinario presso la SCT1 dell'IZSVe, Presidente;
- dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 dell'IZSVe, Componente;
- dott.ssa Elena Bertoli, collaboratore sanitario esperto presso la SCS6 dell'Istituto, Componente.

Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato 1*), nel corso della seduta del 21 Ottobre 2020, in seguito all'esame della documentazione tecnica, è stata rilevata, con riferimento all'offerta presentata dall'operatore economico Montepaone S.r.l. in relazione al Lotto 1, l'inidoneità tecnica della stessa risultata priva delle seguenti caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità, dalla *lex specialis* di gara:

- Requisito n. 3 - *Struttura interna e ripiani interni in acciaio inox AISI 304*: parametro soddisfatto solo per la struttura interna ma non per i ripiani;
- Requisito n. 6 - *Volume interno*: non è disponibile nella seguente misura :40-100 LT;
- Requisito n. 12 - *Presenza di doppia porta: interna in vetro, esterna in acciaio inox isolata termicamente*: non è presente la porta interna;
- Requisito n. 15 - *Alimentazione elettrica interna: almeno una presa interna IP55 o superiore universale (a spina inserita) 220v attivabile da display*: non presente la presa interna IP55;
- Requisiti n. 21 e 22: *Uniformità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C-25°C e a 4°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 0.5°C all'interno della camera (con ventilazione inserita) - Uniformità della temperatura (a +50°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 0.7°C all'interno della camera (con ventilazione inserita)*: non soddisfatto il requisito a +37°C e non indicati i valori per le temperature di 50° C e 4° C;
- Requisito n. 24: *manutenzione non proprietaria*: non è indicato che la manutenzione non sia proprietaria.

Preso atto di quanto suesposto, constatato che il mancato possesso, relativamente all'offerta in parola, delle suindicate caratteristiche tecniche richieste a pena di ammissibilità, determina l'inidoneità tecnica della medesima, il RUP ravvisa gli estremi per l'esclusione dell'operatore economico Montepaone S.r.l. dalla procedura in parola, provvedendo, altresì, a darne debita comunicazione al medesimo entro i termini di legge.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si precisa che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all'art. 29, comma 1, prima parte del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE DELLA
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA**

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 241 del 9.1.2020, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica*”, Struttura Complessa rinominata “*SCA2 – Acquisti e logistica*”, in seguito all'adozione del “Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e relative dotazioni organiche”, approvato con D.C.A. n. 4 del 13.02.2020, attuato con DDG n. 242 del 01.07.2020.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 264 del 9.1.2020, avente ad oggetto “*U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca - Responsabile del Procedimento e Responsabile del budget - atto di delega*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 21 Ottobre 2020, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato 1*), l'esclusione dell'operatore economico Montepaone S.r.l. dalla procedura di gara in parola;
2. di disporre, altresì, affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell'avvenuta esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica
dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

