

FISHER SCIENTIFIC SAS				
numero	Criterio	Fattore ponderale	Coefficiente	Punteggio definitivo parziale per criterio
1	Materiale costruzione: struttura esterna in acciaio inox	5	0	0
2	Porta interna in cristallo temperato	4	1	4
3	Possibilità di sovrapporre i termostati	5	1	5
4	Ventilazione regolabile	4	1	4
5	Ventilazione escludibile	4	1	4
6	Uniformità della temperatura (a +37° C – t° esterna 20° – 25°C)	14	1	14
7	Stabilità della temperatura (a +37° C – t° esterna 20° – 25° C)	14	1	14
8	Gestione della macchina: possibilità del prodotto offerto, in sede di taratura, di calibrare la temperatura (ovvero azzerare l'errore sistematico) visualizzata sul display rispetto alla temperatura misurata dal campione di riferimento su almeno tre diverse temperature di taratura	5	0	0
9	Garanzia del prodotto offerto superiore a 36 mesi	15	0	0
Punteggio definitivo				45