



SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA  
PEC: [provveditorato.izsve@legalmail.it](mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it)

Spettabile Frigomeccanica Andreaus Srl  
Via Germania n. 5  
35020 – Ponte San Nicolò (PD)

*Lettera trasmessa a mezzo PEC: [frigomeccanica.andreaus@pec.it](mailto:frigomeccanica.andreaus@pec.it)*

**OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA *E-PROCUREMENT*, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CAMERE CLIMATICHE DA DESTINARE ALL’INSETTARIO DELLA STRUTTURA SCS3 DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - INDICAZIONI SUPPLEMENTARI AI DOCUMENTI DI GARA IN RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE.**

**Numero di gara: 7862717 - CIG: 8417970898 - GARA n. 093- 2020**

.Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento pervenute da un operatore economico invitato.

**Quesito n. 1:** Cosa si intende e in che cosa consiste il sistema di depressurizzazione bussola temporizzato e attivazione automatica ad apertura porte?

**Risposta:** Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, con sistema di depressurizzazione bussola temporizzato si intende il sistema che si attiva automaticamente in seguito all’apertura della porta di ciascuna camera climatica (si deve aprire una sola porta alla volta), mediante la depressurizzazione della camera stessa rispetto al corridoio (pressione negativa nella camera climatica rispetto a quella del corridoio). L’utente deve poter regolare la durata della depressurizzazione (temporizzazione) all’apertura della porta. Il sistema è finalizzato al contenimento degli insetti eventualmente sfuggiti dalle gabbie presenti nelle camere climatiche al momento dell’apertura della porta stessa.

**Quesito n. 2 :** Il quadretto interno con prese 230V di quante prese si ha bisogno?

**Risposta:** Sono necessarie 4 (quattro) prese per quadro elettrico sul lato opposto alla porta, con una altezza da terra di circa 75 cm.

**SCA2 – Acquisti e Logistica  
Il Direttore  
Dott. Stefano Affolati**

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  
collegate*

SA/am.  
SCA2- Acquisti e Logistica  
Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Affolati  
(tel. 049 8084232 fax 049 8084339 ✉ [saffolati@izsvenezie.it](mailto:saffolati@izsvenezie.it))  
Referente dell’Istruttoria: Sig.ra Anuska Meneghello  
(tel. 049 8084399 fax 049 8084339 ✉ [ameneghello@izsvenezie.it](mailto:ameneghello@izsvenezie.it))