

SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Agli operatori economici interessati

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per l'aggiudicazione della fornitura di microscopi per l'IZSve

GARA n. 098 – 2020

CIG Lotto 1: 8491418BCC

CIG Lotto 2: 84914294E2

CIG Lotto 3: 8491436AA7

CIG Lotto 4: 8491444144

CIG Lotto 5: 84914527DC

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta.

Quesito n. 1: Con riferimento al Lotto 1 della procedura di gara in parola - Microscopio ottico da routine con sistema per immunofluorescenza, si chiedono le seguenti precisazioni:

1. gli obiettivi devono essere a contrasto di fase o normali?
2. tra le caratteristiche tecniche minime viene richiesta "*sorgente di illuminazione per fluorescenza*" ma non si menziona a quale set di filtri o fluorocromi dovranno essere utilizzati, pertanto si chiede:
 - i filtri per la fluorescenza vanno inseriti o no?
 - se sì quali?
3. è possibile proporre delle parti opzionali che potrebbero servire all'utente finale, per esempio il trinoculare per una futura fotocamera?

Risposta: in merito alle suindicate richieste di precisazione per il Lotto 1 si precisa quanto segue:

1. gli obiettivi devono essere a contrasto di fase;
2. i filtri per la fluorescenza non vanno inseriti, è sufficiente la sorgente di illuminazione per fluorescenza "generica" fermo restando che il sistema deve essere modulare e implementabile;
3. è possibile proporre delle parti opzionali evincibili dalle schede tecniche senza alcuna indicazione di carattere economico che comporterebbe l'esclusione dell'offerta. Si precisa, infatti, che eventuali parti opzionali desumibili dall'offerta tecnica non influiranno sull'aggiudicazione e sul punteggio qualitativo che verrà attribuito sulla base dei soli criteri qualitativi indicati nel disciplinare.

Quesito n. 2: Con riferimento al Lotto 3 della procedura di gara in parola - Microscopio ottico da routine per diagnostica clinica, si chiede se gli obiettivi 10X e 100X devono essere normali o a contrasto di fase?

Risposta: L'obiettivo 10x deve essere normale, l'obiettivo 100x a contrasto di fase.

Legnaro, 23 Novembre 2020

SCA2 – Acquisti e Logistica
Il Dirigente
dott. Stefano Affolati

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SA/ml
Servizio Gare
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Affolati
(☎ 0498084232 📠 0498084339 ✉ saffolati@izsvenezie.it)
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Marta Lovato
(☎ 0498084284 📠 0498084339 ✉ mlovato@izsvenezie.it)

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 23 Novembre 2020