



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SCA2 - Acquisti e Logistica

N. 351 del 15/11/2022

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di puntali per micropipette: esclusione dell'operatore economico Biosigma S.p.A. dai lotti 1 e 2, dell'operatore economico Gilson S.r.l. dal lotto 14 e dell'operatore economico Sartorius S.r.l. dal lotto 15 (Gara 85555389).

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di puntali per micropipette: esclusione dell'operatore economico Biosigma S.p.A. dai lotti 1 e 2, dell'operatore economico Gilson S.r.l. dal lotto 14 e dell'operatore economico Sartorius S.r.l. dal lotto 15 (Gara 85555389).

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 177 del 9 Giugno 2022 è stata disposta l'indizione di una procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2 del d.l. n. 76/2020 così come modificato dal successivo d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 volta all'aggiudicazione della fornitura di puntali per micropipette di durata triennale, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l'*e-procurement* costituente mercato elettronico della stazione appaltante.

Con il medesimo provvedimento sopra citato il Direttore della SCA2 è stato delegato, qualora si fosse reso necessario nel corso di espletamento della procedura, ad adottare eventuali provvedimenti di esclusione degli operatori economici concorrenti, mediante apposita Determinazione Dirigenziale.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- Sarstedt S.r.l., offerente per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- Sartorius Italy S.r.l., offerente per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- Resnova, offerente per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- Biosigma S.p.A., offerente per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14;
- Gilson Italia S.r.l., offerente per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- Carlo Erba Reagents S.r.l., offerente per i lotti 1, 3, 4, 5, 6;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- PM2 Services S.r.l., offerente per i lotti 11, 12, 14.

Come emerge dai verbali allegati al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale (*Allegati 1, 2, 3 e 4*), in seguito all'esame della documentazione tecnica e delle prove pratiche previste dal Disciplinare di gara per la verifica pratica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti, è stata rilevata l'inidoneità tecnica degli stessi con riferimento alle seguenti offerte:

- offerta presentata dall'operatore economico Biosigma S.p.A. per i lotti 1 e 2;
- offerta presentata dall'operatore economico Gilson S.r.l. per il lotto 14;
- offerta presentata dall'operatore economico Sartorius S.r.l. per il lotto 15.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 6563 del 19.7.2021, avente ad oggetto "*Conferma deleghe di funzioni al Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate verbali allegati al presente provvedimento (*Allegati 1, 2, 3 e 4*), l'esclusione dell'operatore economico Biosigma S.p.A. dai lotti 1 e 2 della procedura di gara in parola, dell'operatore economico Gilson S.r.l. dal lotto 14 e dell'operatore economico Sartorius S.r.l. dal lotto 15 della medesima procedura;
2. di disporre, altresì, affinché si provveda a trasmettere ai suddetti operatori economici comunicazione dell'avvenuta esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica
dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SCA2 - Acquisti e Logistica

N. 351 del 15/11/2022

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di puntali per micropipette: esclusione dell'operatore economico Biosigma S.p.A. dai lotti 1 e 2, dell'operatore economico Gilson S.r.l. dal lotto 14 e dell'operatore economico Sartorius S.r.l. dal lotto 15 (Gara 85555389).

Publicata dal 15/11/2022 al 30/11/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

dott. Stefano Affolati - SCA2 - Acquisti e Logistica

Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VALUTAZIONE TECNICA PUNTALI CON FILTRO (seconda campionatura)

PROSPETTO PROVE ESEGUITE

In data 27.10.2022 presso i laboratori di SCT4 e di SCS6 sono state eseguite le valutazioni tecniche della seconda campionatura di puntali con filtro, lotti 14 e 15 come indicato nella seguente tabella:

Lotto	Pipetta	Vol max	Aggancio /Sgancio	Campionatura valutata
14	Monocanale	1ml	Prova eseguita	Gilson Diamond F161670 + scatola portapuntali originale Gilson
15	Monocanale	5ml	Prova eseguita	Sartorius Optifit 780304 + scatola portapuntali originale Sartorius

La valutazione ha dato i seguenti risultati:

LOTTO 14: campionatura idonea –
pipette verificate: monocanale sez. Udine RDA 8327, monocanale SCS6 RDA 8002

LOTTO 15: campionatura **NON** idonea
pipette verificate: monocanale sez. Udine RDA 8329, monocanale SCT3 RDA 7817

Il giudizio di idoneità riguarda esclusivamente le prove eseguite in base a quanto riportato nel capitolato di gara. Le prove sulla campionatura sono state condotte con le micropipette Eppendorf Research® PLUS in dotazione ad IZSVe e dettagliate nel capitolato tecnico di gara.

Relativamente al lotto 15, il giudizio di non idoneità è dovuto al fatto che i puntali inviati con la campionatura non sono compatibili con le scatolette portapuntali Eppendorf e che la scatoletta portapuntali originale Sartorius, inviata con la campionatura, non ha il coperchio incernierato, come invece richiesto nel capitolato.

Fabrizio Agnoletti
Direttore SCT4



21.10.2022, PUNTALI CON FILTRO
PROSPETTO PROVE ESEGUITE (seconda campionatura)

Lotto	Pipetta	Vol max	Aggancio /Sgancio	Perforazione foglio adesivo alluminio su piastra 96 pozzetti	Prelievo da vacutainer altezza 10 cm	Campionatura valutata
1	Mono Multi 8-12	10	Prova eseguita	Prova eseguita	Prova non prevista	Biosigma cod. 713114
2	Mono	20	Prova eseguita	Prova non prevista	Prova non prevista	Biosigma cod. 713115
6	6a	Mono	1000	Prova eseguita	Prova non prevista	Biosigma cod. 713118
	6b	Mono	1000	Prova eseguita	Prova non prevista	Biosigma cod. 713119

- LOTTO 1:** campionatura idonea –
 pipette verificate: 8665 SCT6 (mono – 2,5 µl), 9514 SCS5 (mono – 10 µl), 9518 SCS5 (multi 8 vie – 10 µl), 8809 SCT3 (multi 12 vie – 10 µl);
- LOTTO 2:** campionatura **NON** idonea;
 pipette verificate: 9026 SCS1 (mono – 20 µl);
- LOTTO 6a:** campionatura idonea;
 pipette verificate: 9517 SCS5 (mono – 1000 µl);
- LOTTO 6b:** campionatura idonea;
 pipette verificate: 9516 SCS5 (mono – 1000 µl).

Il giudizio di idoneità riguarda esclusivamente le prove eseguite, che corrispondono a quelle indicate nel capitolato. Le prove sulla campionatura sono state condotte con le micropipette Eppendorf Research® PLUS in dotazione all'IZSVE e dettagliate nel capitolato tecnico di gara.


Relativamente al lotto 1, si segnala:

- Una certa difficoltà nella perforazione del foglio di alluminio, dovuta alla lunghezza del puntale (45,87 mm). Anche se tale difficoltà non pregiudica l'esito favorevole della prova, si ritiene che durante le normali attività di lavoro, che prevedono ritmi molto elevati, il reperimento di puntali di lunghezza inferiore renderebbe più agevole la manualità di perforazione.
- La presenza di aria/mancanza di liquido all'estremità del puntale durante le operazioni di pipettamento di liquido, eseguite durante la prova di aggancio/sgancio. Questo rilievo non compromette l'esito della prova di aggancio/sgancio, ma dovrà essere verificato nell'ambito delle prove metrologiche di taratura, eseguite secondo la norma ISO 8655.

Relativamente al lotto 2, il giudizio di non idoneità è dovuto all'impossibilità di agganciare correttamente il puntale Biosigma con la micropipetta monocanale da 20 µl (codice Eppendorf 3123 000 098).

Legnaro, 14.11.2022

Dott. Calogero Terregino



**SEDE CENTRALE
- PADOVA**

Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel: 049 8084211 (centralino)
comunicazione@izsvenezie.it
PEC: izsvenezie@legalmail.it
C.F. / P.IVA / VAT: 00206200289
www.izsvenezie.it

Accettazione centralizzata
tel: 049 8084266-289
accettazione@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- VENETO**

BELLUNO

Via Cappellari, 44/A
32100 Belluno
tel: 0437 944746

ROVIGO

Via L. Da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel: 0426 21841

TREVISO

Vicolo Mazzini, 4 int 5/6
31020 Fontane di Villorba (TV)
tel: 0422 302302
at2tv@izsvenezie.it

VENEZIA

Via Calvecchia, 4
30027 San Donà di Piave (VE)
tel: 0421 41361
at2sd@izsvenezie.it

VERONA

Via Bovolino, 1/C
37060 Buttapietra (VR)
tel: 045 500285
at1vr@izsvenezie.it

VICENZA

Viale Fiume, 78
36100 Vicenza
tel: 0444 305457
accettazione.vi@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- FRIULI VENEZIA GIULIA**

PORDENONE

Via Bassa del Cuc, 4
33084 Cordenons (PN)
tel: 0434 41405
segr.pn@izsvenezie.it

UDINE

Via della Roggia, 100
33030 Basaldella di Campoformido (UD)
tel: 0432 561529
at4ud@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- TRENTO ALTO ADIGE**

BOLZANO

Via Laura Conti, 4
39100 Bolzano
tel: 0471 633062
at6bz@izsvenezie.it

TRENTO

Via Lavisotto, 129
38121 Trento
tel: 0461 822458
sct5.trento@izsvenezie.it

Oggetto: gara n. 8555389 Fornitura puntali per micropipette – Esito prove di taratura secondo ISO 8655 dei lotti 1 e 6

Si comunicano gli esiti delle prove di taratura eseguite sui seguenti lotti di puntali:

- lotto 1 Biosigma 713114 (10 µl): n° 5 prove di taratura eseguite da 3 diversi tecnici metrologi su micropipette monocanale RDA 8183 e 8885, entrambe con vol. nominale 2,5 µl: tutte le prove risultano non favorevoli (RdT n° 2229824560-0 R1, n° 2229924578-0 R1, n° 2229924583-0 R1, n° 2230124600-0 R1, n° 2230120259-0 R1). Visto l'esito non favorevole, non si è proceduto alle prove su micropipette multicanale
- lotto 1 Biosigma 713114 (10 µl): n° 5 prove di taratura eseguite da 3 diversi tecnici metrologi su micropipette monocanale RDA 9020 e 7740, entrambe con vol. nominale 10 µl: tutte le prove risultano non favorevoli (RdT n° 2229824561-0 R1, n° 2229924582-0 R1, n° 2229924576-0 R1, n° 2230124604-0 R1, n° 2230124595-0 R1). Visto l'esito non favorevole, non si è proceduto alle prove su micropipette multicanale
- lotto 6a Biosigma 713118 (1000 µl): n° 2 prove di taratura eseguite da 2 diversi tecnici metrologi su micropipetta monocanale RDA 8209, vol. nominale 1000 µl: entrambe le prove risultano favorevoli (RdT n° 2229824558-0 R1 e n° 2229824562-0 R1)
- lotto 6b Biosigma 713119 (1250 µl): n° 2 prove di taratura eseguite da 2 diversi tecnici metrologi su micropipetta monocanale RDA 8209, vol. nominale 1000 µl: entrambe le prove risultano favorevoli (RdT n° 2229824559-0 R1 e n° 2229824563-0 R1).

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti che si ritenessero necessari, invio cordiali saluti.

Verona, 31 ottobre 2022

Dr. Stefano Affolati
Direttore SCA2 – Acquisti e Logistica

Dr. Calogero Terregino
Direttore SCS5

Dr. Fabrizio Agnoletti
Direttore SCT4

Riccardo Mulieri
Servizio metrologia

CENTRI DI REFERENZA NAZIONALE (CRN)

Apicoltura - Influenza aviaria e malattia di Newcastle - Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - Malattie dei pesci, molluschi e crostacei - Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale - Rabbia - Salmonellosi

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (LNR)

Influenza aviaria e malattia di Newcastle - Malattie dei crostacei - Malattie dei molluschi bivalvi - Malattie dei pesci - Malattie delle api - Nanomateriali negli alimenti - Rabbia - Salmonellosi

LABORATORIO DI REFERENZA EUROPEO (EURL)

Influenza aviaria e malattia di Newcastle

LABORATORI DI REFERENZA WOAH

Encefalo-retinopatia virale dei pesci marini - Influenza aviaria e malattia di Newcastle - Micoplasmosi aviarie - Salmonellosi

CENTRI DI COLLABORAZIONE WOAH

Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale - Malattie aviarie emergenti

CENTRI DI REFERENZA FAO

Apicoltura, salute delle api e biosicurezza - Coronavirus zoonotici - Influenza animale e malattia di Newcastle - Rabbia

CENTRI REGIONALI - VENETO

Apicoltura - Epidemiologia veterinaria - Agenti di tossinfezione alimentare

**SEDE CENTRALE
- PADOVA**

Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel: 049 8084211 (centralino)
comunicazione@izsvenezie.it
PEC: izsvenezie@legalmail.it
C.F. / P.IVA / VAT: 00206200289
www.izsvenezie.it

Accettazione centralizzata
tel: 049 8084266-289
accettazione@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- VENETO**

BELLUNO

Via Cappellari, 44/A
32100 Belluno
tel: 0437 944746

ROVIGO

Via L. Da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel: 0426 21841

TREVISO

Vicolo Mazzini, 4 int 5/6
31020 Fontane di Villorba (TV)
tel: 0422 302302
at2tv@izsvenezie.it

VENEZIA

Via Calvecchia, 4
30027 San Donà di Piave (VE)
tel: 0421 41361
at2sd@izsvenezie.it

VERONA

Via Bovolino, 1/C
37060 Buttapietra (VR)
tel: 045 500285
at1vr@izsvenezie.it

VICENZA

Viale Fiume, 78
36100 Vicenza
tel: 0444 305457
accettazione.vi@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- FRIULI VENEZIA GIULIA**

PORDENONE

Via Bassa del Cuc, 4
33084 Cordenons (PN)
tel: 0434 41405
segr.pn@izsvenezie.it

UDINE

Via della Roggia, 100
33030 Basaldella di Campofornido (UD)
tel: 0432 561529
at4ud@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- TRENINO ALTO ADIGE**

BOLZANO

Via Laura Conti, 4
39100 Bolzano
tel: 0471 633062
at6bz@izsvenezie.it

TRENTO

Via Lavisotto, 129
38121 Trento
tel: 0461 822458
sct5.trento@izsvenezie.it

CENTRI DI REFERENZA NAZIONALE (CRN)

Apicoltura - Influenza aviaria e malattia di Newcastle -
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) -
Malattie dei pesci, molluschi e crostacei -
Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale -
Rabbia - Salmonellosi

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (LNR)

Influenza aviaria e malattia di Newcastle -
Malattie dei crostacei - Malattie dei molluschi bivalvi -
Malattie dei pesci - Malattie delle api -
Nanomateriali negli alimenti - Rabbia -
Salmonellosi

LABORATORIO DI REFERENZA EUROPEO (EURL)

Influenza aviaria e malattia di Newcastle

LABORATORI DI REFERENZA WOAH

Encefalo-retinopatia virale dei pesci marini -
Influenza aviaria e malattia di Newcastle -
Mycoplasmosi aviarie - Salmonellosi

CENTRI DI COLLABORAZIONE WOAH

Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale -
Malattie aviarie emergenti

CENTRI DI REFERENZA FAO

Apicoltura, salute delle api e biosicurezza -
Coronavirus zoonotici - Influenza animale
e malattia di Newcastle - Rabbia

CENTRI REGIONALI - VENETO

Apicoltura - Epidemiologia veterinaria -
Agenti di tossinfezione alimentare

Verona, 07 novembre 2022

Dr. Stefano Affolati
Direttore SCA2 – Acquisti e Logistica

Dr. Calogero Terregino
Direttore SCS5

Dr. Fabrizio Agnoletti
Direttore SCT4

Oggetto: gara n. 8555389 Fornitura puntali per micropipette – Esito prove di taratura secondo ISO 8655 del lotto 14

Si comunicano gli esiti delle prove di taratura eseguite sul seguente lotto di puntali:

- lotto 14 Gilson (1000 µl): n° 3 prove di taratura eseguite da 2 diversi tecnici metrologi su micropipette monocanale RDA 8209 e 8737, entrambe con vol. nominale 1000 µl: le prove risultano globalmente non favorevoli (RdT n° 2230724638-0 R1, n° 2230724636-0 R1, n° 2230824657-0 R1), a causa di una mancanza di tenuta dei puntali. Già dopo una o comunque poche dispensazioni, infatti, il liquido che viene aspirato inizia a gocciolare, rendendo di fatto non eseguibile la taratura, se non continuando a sostituire il puntale. Questo modo di procedere, peraltro, contrasta con le disposizioni operative stabilite dalla norma ISO 8655.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti che si ritenessero necessari, invio cordiali saluti.

Riccardo Muliarì
Servizio metrologia