

PUNTALI CON FILTRO - PROSPETTO PROVE ESEGUITE (terza campionatura)

ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

**SEDE CENTRALE
- PADOVA**

Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel: 049 8084211 (centralino)
comunicazione@izsvenezie.it
PEC: izsvenezie@legalmail.it
G.F. / R.IVA / VAT: 00206200289
www.izsvenezie.it

Accettazione centralizzata
tel: 049 8064266-289
accettazione@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- VENETO**

BELLUNO
Via Cappellari, 44/A
32100 Belluno
tel: 0437 944746

ROVIGO
Via L. Da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel: 0426 21841

TREVISO
Vicolo Mazzani, 4 int 5/6
31020 Fontane di Villorba (TV)
tel: 0422 302302
at2tv@izsvenezie.it

VENEZIA
Via Calvecchia, 4
30027 San Donà di Piave (VE)
tel: 0421 41361
at2sd@izsvenezie.it

VERONA
Via Bovolino, 1/C
37060 Buttapietra (VR)
tel: 045 500285
at1vr@izsvenezie.it

VICENZA
Viale Fiume, 78
36100 Vicenza
tel: 0444 305457
apportazione.vi@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- FRIULI VENEZIA GIULIA**

PORDENONE
Via Bessa del Cuo, 4
33084 Cordenons (PN)
tel: 0434 41405
segr.pn@izsvenezie.it

UDINE
Via della Roggia, 100
33030 Basaldella di Camporotondo (UD)
tel: 0432 561529
at4ud@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- TRENTO ALTO ADIGE**

BOZANO
Via Laura Conti, 4
39100 Boziano
tel: 0471 633062
at6bz@izsvenezie.it

TRENTO
Via Lavisotto, 129
38121 Trento
tel: 0461 822458
sect5.trento@izsvenezie.it

Lotto	Pipetta	Vol max	Aggancio /Sgancio	Perforazione foglio adesivo alluminio su piastra 96 pozzetti	Prelievo da vacutainer altezza 10 cm	Campionatura valutata
1	Mono	10	Prova	Prova	Prova	Thermofisher ¹
	Multi 8-12		eseguita	eseguita	non prevista	Art 10 Reach, 10 µl FL92140HR
2	Mono	20	Prova	Prova	Prova	Resnova
			eseguita	non prevista	non prevista	TopTips™ Eco-Reload® TT99455-PR

¹ Puntali prodotti da Thermofisher, offerti in gara da Carlo Erba

LOTTO 1: campionatura idonea –

pipette verificate: 8665 SCT6 (mono – 2,5 µl), 8666 SCT6 (mono – 2,5 µl), 9515 SCS5 (mono – 10 µl), 9586 SCS5 (mono – 10 µl), 8742 SCS5 (multi 8 vie – 10 µl), 9518 SCS5 (multi 8 vie – 10 µl), 8809 SCS5 (multi 12 vie – 10 µl)

LOTTO 2: campionatura **NON** idonea


pipette verificate: 9025 SCS1 (mono – 20 µl), 9026 SCS1 (mono – 20 µl)

Il giudizio di idoneità riguarda esclusivamente le prove eseguite, che corrispondono a quelle indicate nel capitolato. Le prove sulla campionatura sono state condotte con le micropipette Eppendorf Research® PLUS in dotazione all'IZSVe e dettagliate nel capitolato tecnico di gara.

Relativamente al lotto 1, si segnala la necessità, in fase di aggancio dei puntali, di esercitare una certa pressione affinché tutti i puntali si aggancino, ma nel complesso questo riscontro non è stata considerato una criticità. Nessun rilievo da segnalare relativamente alla prova di perforazione.

Relativamente al lotto 2, il giudizio di non idoneità è dovuto all'impossibilità di agganciare correttamente il puntale Resnova con la micropipetta monocanale da 20 µl (codice Eppendorf 3123 000 098).

Legnaro (PD), 09/12/2022

Dott. Calogero Terregino

Direttore DS/SIO

CENTRI DI REFERENZA NAZIONALE (CRN)
Apicoltura - Influenza aviaria e malattia di Newcastle - Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - Malattie dei pesci, molluschi e crostacei - Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale - Rabbia - Salmonellosi

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (LNR)
Influenza aviaria e malattia di Newcastle - Malattie dei crostacei - Malattie dei molluschi bivalvi - Malattie dei pesci - Malattie delle api - Nanomateriali negli alimenti - Rabbia - Salmonellosi

LABORATORI DI REFERENZA OIE
Encefalo-retinopatia virale dei pesci marini - Influenza aviaria e malattie di Newcastle - Salmonellosi

CENTRI DI COLLABORAZIONE OIE
Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale - Malattie aviarie emergenti

CENTRI DI REFERENZA FAO
Apicoltura, salute delle api e biosicurezza - Influenza animale e malattia di Newcastle - Rabbia

CENTRI REGIONALI

REGIONE DEL VENETO
Apicoltura - Epidemiologia veterinaria - Agenti di tossinfezione alimentare