



**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DI IMPORTO INFERIORE AD € 139.000,00 IVA ESCLUSA, ESPLETATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON ALTRI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CENTRIFUGHE DI CENTRIFUGHE DA BANCO PICCOLI VOLUMI REFRIGERATE (LOTTO 2) E MICRO-CENTRIFUGHE DA BANCO VENTILATE (LOTTO 3), MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT**

**Numero gara: 8380933**

**CIG Lotto 2: 9019234B57**

**CIG Lotto 3: 901924546D**

**VERBALE DI IDONEITA' TECNICA**

In data odierna 15/12/2022 alle ore 09:00, presso gli uffici del Servizio Gare, il sottoscritto dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), procede in seduta riservata, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei soli beni offerti per il Lotto 2, in quanto per il Lotto 3 non è pervenuta alcuna offerta.

Si inizia con una preliminare analisi generale delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, e successivamente si completa la verifica dell’idoneità tecnica delle offerte con il controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità alla procedura.

Alla luce della valutazione di idoneità si valuta:

**LOTTO 2**

- **Tecnicamente idonea** l’offerta presentata dall’operatore economico Eppendorf Srl;
- **Tecnicamente inidonea** l’offerta presentata dall’offerente Sintak Srl. Di seguito si illustrano le inidoneità:
  1. **Lo strumento deve essere marcato CE, conforme alle normative CEI EN 61010-1 e CEI EN 61010-2-020 nonché a qualunque altra normativa di sicurezza attualmente vigente e richiesta per tale categoria di apparecchiature:**

Nella documentazione presentata, si evidenzia la conformità solo alla norma 61010-1 (*“sicurezza delle apparecchiature elettriche”*), e nulla in merito alla norma 61010-2 (*“norma di sicurezza specifica per le centrifughe”*).

2. **Rumorosità della centrifuga, misurata con il rotore offerto alla velocità massima richiesta (corrispondente a 20000 RCF), inferiore a 60 db. La rumorosità deve essere misurata conformemente a quanto stabilito dalla direttiva macchine (2006/42/UE e succ. mod.) ed attestata dalla dichiarazione del produttore della centrifuga:**

Nel manuale viene indicata la rumorosità della centrifuga *“marca DLAB”* ( $\leq 56\text{db}$ ), ma non viene evidenziato se la misurazione è stata effettuata conformemente alla Direttiva macchine.

3. **Durata minima nel tempo pari ad almeno 10 anni/50000 cicli. La durata deve essere attestata dalla Dichiarazione del produttore della centrifuga. E' ammessa la possibilità di offrire rotori con durata inferiore a 10 anni, purché la ditta includa nell'offerta economica la fornitura di un nuovo rotore o la ri-certificazione di quello vecchio, in modo da coprire i 10 anni di durata minima richiesta.**

La medesima regola si applica alla durata degli accessori del rotore: per i coperchi e (se necessari) per gli adattatori per provette tipo Eppendorf da 1,5-2 ml.

La durata del rotore *“marca DLAB”* è certificata da una Dichiarazione dell'importatore italiano (Giorgio Bormac Srl), non da parte del produttore cinese. Nel manuale si trovano indicazioni precise sulla durata di due rotori, modelli FA-10x5 (180.000 cicli 25 anni) - S-96x0.2-PCR (100 000 cicli 7 anni), ma niente del rotore offerto modello FA-24x2, per il quale, in sede di autocertificazione, si rimanda alla Dichiarazione sopra riportata del manuale.

La seduta si chiude alle ore 10:30.

SCA2 Acquisti e Logistica

Dott. Stefano Affolati

Il Direttore

*Dott .....*