

Aqua

Circuito interlaboratorio
per l'assicurazione qualità
dei risultati

Circuito diagnostica bovina e suina mediante tecniche sierologiche
Report parziale Schema AQUA SI 3-19
Marzo 2019



Circuito interlaboratorio AQUA SI 2019
SCHEMA AQUA SI 3-19
Identificazione anticorpi verso VRSB nel siero di sangue bovino
Report parziale

1. Caratteristiche e composizione dei campioni

- Campione 1:** Siero individuale da azienda storicamente negativa
Campione 2: Siero individuale da azienda storicamente negativa
Campione 3: Pool sieri positivi (centro genetico)
Campione 4: Pool sieri positivi (centro genetico)
Campione 5: Siero individuale da azienda storicamente negativa
Campione 6: Siero individuale azienda positiva
Campione 7: Siero bovino 57 gg. post infezione sperimentale (debole positivo/border line)
Campione 8: Pool sieri azienda positiva (21 gg. dopo diagnosi PCR)
Campione 9: Pool sieri positivi (centro genetico)
Campione 10: Siero individuale da azienda storicamente negativa

2. Determinazioni e risultati attesi

Sugli stessi campioni sono state effettuate le seguenti prove:

- la ricerca di anticorpi mediante metodica ELISA
- la ricerca di anticorpi mediante sieroneutralizzazione

I risultati attesi delle suddette prove, espressi come POSITIVO, NEGATIVO o BORDERLINE (POS/NEG) sono riportati nella tabella sottostante:

anticorpi verso VRSB nel siero di sangue bovino		
CP	VRSB/A ELISA	VRSB/A Sieroneutralizzazione
1	NEG	NEG <1:10
2	NEG	NEG <1:10
3	POS	1:20
4	POS	1:10
5	NEG	NEG <1:10
6	POS	1:60
7	POS/NEG	1:10
8	POS	1:10
9	POS	1:40
10	NEG	NEG <1:10

Data report parziale 23/03/2020 (in attesa del report definitivo)



Responsabile tecnico del circuito interlaboratorio
Dr. ssa Lucia Selli

Responsabile Circuito interlaboratorio AQUA SI e BM

Dr. Stefano Nardelli Fax 049 8084351 Tel. 049 8084358
e-mail snardelli@izsvenezie.it

Responsabile tecnico AQUA SI

Dr.ssa Lucia Selli Fax 049 8084351 Tel. 049 8084354
e-mail lselli@izsvenezie.it

Responsabile statistico

Dr.ssa Marzia Mancin Fax 049 8830268 Tel. 049 8084252
e-mail mmancin@izsvenezie.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Struttura Complessa Territoriale 3 (SCT3)

V.le dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

www.izsvenezie.it

----- Fine report parziale -----

