



Circuito interlaboratorio
per l'assicurazione qualità
dei risultati



Circuito diagnostica bovina e suina mediante tecniche sierologiche

Report parziale Schema AQUA SI 4-20

Marzo 2020



**Circuito interlaboratorio AQUA SI / 2020
SCHEMA AQUA SI 4-20**

**Identificazione anticorpi verso *NEOSPORA caninum* nel siero di sangue bovino
Report parziale**

1. Caratteristiche e composizione dei campioni

Campione 1: Siero di vacca con aborto positivo PCR

Campione 2: Siero di vacca con aborto positivo PCR

Campione 3: Siero di vacca con aborto positivo PCR

Campione 4: Siero di vacca con aborto positivo PCR (campione n.3) diluito 1:16 con siero da az. storicamente negativa

Campione 5: Siero di vacca con aborto positivo PCR (campione n.3) diluito 1:48 con siero da az. storicamente negativa

Campione 6: Pool sieri da azienda storicamente negativa (Elisa e IFAT)

Campione 7: Pool sieri da azienda storicamente negativa (Elisa e IFAT)

Campione 8: Pool sieri da azienda storicamente negativa (Elisa e IFAT)

Campione 9: Siero di vacca con aborto positivo PCR

Campione 10: Siero di vacca con aborto positivo PCR

2. Determinazioni e risultati attesi

Sugli stessi campioni sono state effettuate le seguenti prove:

- la ricerca di anticorpi mediante metodica ELISA
- la ricerca di anticorpi mediante IFAT

I risultati attesi delle suddette prove, espressi come POSITIVO o NEGATIVO sono riportati nella tabella sottostante:

anticorpi verso <i>NEOSPORA caninum</i> nel siero di sangue bovino		
CP	NEO/A ELISA	NEO/A IFAT
1	POS	POS 1:640
2	POS	POS 1:160
3	POS	POS 1:1280
4	POS	POS 1:320
5	POS	Dubbio +/-1:80
6	NEG	NEG
7	NEG	NEG
8	NEG	NEG
9	POS	POS 1:1280
10	POS	POS 1:320

Data report parziale 15/03/2021 (in attesa del report definitivo)



Responsabile del circuito interlaboratorio
Dr. ssa Lucia Selli

Responsabile Circuito interlaboratorio AQUA SI
Dr.ssa Lucia Selli Fax 049 8084351 Tel. 049 8084354
e-mail lselli@izsvenezie.it

Responsabile statistico
Dr.ssa Marzia Mancin Fax 049 8830268 Tel. 049 8084252
e-mail mmancin@izsvenezie.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Struttura Complessa Territoriale 3 (SCT3)
V.le dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)
www.izsvenezie.it

----- Fine report parziale -----

